

endo★star Н-ФАЙЛЫ NITI (NITI H – FILES)

1. Общее описание:

Файлы NiTi H – это эластичные и безопасные, а вместе с тем агрессивные инструменты, сделанные из никель-титанового сплава. Их устойчивость при загибании в 10 раз больше, чем у инструментов из нержавеющей стали. Могут быть использованы в очень искривленных каналах, без вступительного загибания, где работа файлами из нержавеющей стали была бы затруднительной. Гарантируют очень эффективную обработку канала и отличную режущую способность дентина.

- высокоточно отшлифованная форма,
- сделаны из никель-титанового сплава с памятью формы,
- высокая режущая способность,
- одна режущая грань под углом 90 градусов,
- поперечный разрез: 
- улучшено извлечение дентина наружу благодаря увеличению перехода между режущей гранью и ее глубиной,
- большая эластичность, намного больше, чем у инструментов с нержавеющей стали,
- эргономическая ручка.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 2-8 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
Количество использований	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Никель - титан



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 351-76-50 do 51
fax: +48 22 351-76-79



www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

Дата последнего обновления инструкции: 27.09.2017