endostar ГЕЙТС ГЛИДДЕН (GATES GLIDDEN)

1. Общее описание:

Endostar Gates Glidden – это ротационные инструменты (дрили) для расширения устья канала, а также для обработки прямой, прикоронковой части канала. Это одни из самых старых эндодонтических инструментов. Их рабочая часть находится на кончике длинного тонкого стержня и имеет форму огонька со уложенными по спирали режущими плоскостями.

- низкая упругость острия,
- доппустимое количество оборотов в минуту: 450-800,
- кончик притуплен (не режущий).

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 5-10 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	01	02	03	04	05	06
Количество использований	5	5	5	10	10	10

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечеванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

CE 2274	Знак CE и идентификационный номер сертификационного органа
134 °C	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134˚C
NON STERILE	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
LOT	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
SSt	Нержавеющая сталь

Производитель:
Poldent Sp. z o. o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 351-76-50 do 51
fax: +48 22 351-76-79
www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

CE 2274

Дата последнего обновления инструкции: 27.09.2017